

全民健保尚未納入給付特殊材料品項表-民眾篇

品項代碼	MOP01402
品項名稱	赫麗敷水凝膠敷料 140*50MM
醫療器材許可證字號	衛署醫器製壹字第 003125 號
自費價	415
產品特性與描述	1.赫麗敷水膠傷口敷料為具鎖水保濕作用的敷料，可降低傷口過濕所衍生的浸潤問題，但又可維持傷口之適當濕潤。 2.在吸收滲出液後，具有吸濕退黏功能，可減輕換藥時因乾燥所造成之疼痛，並加速傷口癒合等優點。 3.敷料與傷口平行方向，內含彈性纖維(如同美容膠帶)，不妨礙病人活動，並可防止敷料脫落。與傷口垂直方向，則具有抗張力功能，可固定住傷口降低傷口張力。 4.敷料吸濕膨脹後所產生之下壓力，則可減少疤痕及血腫的現象產生。 5.赫麗敷水膠傷口敷料為透明敷料，可直接觀察傷口，也可銜接重疊使用。
適應症	一般非感染之急性與慢性傷口。
應注意事項	1.本產品 低敏材質，但並非所有使用者皆不會產生過敏現象，使用本產品如有紅、腫、熱、痛、過敏等不適現象，請立即停止使用並尋求專業醫師診治。 2.使用本產品若必須與其他癒合性護理產品同時使用時，應先請教醫療專業人員的意見。 3.本產品內包裝如有毀損，請勿使用。 4.本產品僅供一次使用，敷料貼合於患處後，任何未用部份應予丟棄。
副作用	本品已屬低敏產品，但因個人體質偶有過敏現象。
與健保給付品項療效比較	1.含銀纖維敷料因無上述產品特性功能，因此，容易使傷口床過度乾燥，更換敷料時，須避免傷口疼痛問題，也無法直接觀察傷口。 2.人工皮敷料因無法對滲出液進行飽和吸收，容易造成傷口產生浸潤。且滲出液與溶解之人工皮材質較易沾黏於傷口上，造成清理之困難。人工皮無法產生下壓力及無法防止疤痕產生。其材質無法直接觀察傷口。 3.而藻膠敷料對於乾燥性傷口不適用，需使用第二層敷料固定，需考量成本效益。 4.矽膠產品對於防水性能較不足，不方便病患淋浴，且無法直接觀察傷口。