

全民健保尚未納入給付特殊材料品項表-民眾篇

品項代碼	MFP99083
品項名稱	喜維克骨釘骨板系統-鎖定加壓骨板 2.0/橈骨 2.4/腓骨 3.5 系列
醫療器材許可證字號	衛部醫器製字第 004673 號
自費價	55000
產品特性與描述	本產依據解剖學用於骨折固定，促進骨折癒合以及患者功能恢復。而本骨釘骨板使用為不銹鋼、鈦合金與純鈦材質並符合 ISO 與 ASTM 標準規範之要求。
適應症	本產品用於治療創傷性骨折，包含骨折碎片或關節面之解剖復位或重建，並依照局部生理機能 要求穩定之內固定，包含鎖骨、肱骨、尺骨、橈骨、掌骨、股骨、脛骨、腓骨、跟骨的暫時穩定直到骨骼癒合為止，以期肢體之早日活動，所以使用者需注意以下之指示。
應注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1.本骨釘骨板之植入手術應為合格之骨科手術醫師才可為病人進行手術，手術醫師應對此植入物 及技術手冊有充份的研究與訓練，確實能掌握此植入物的效能及限制因素。 2.本骨釘骨板植入後應遵循醫生囑咐，注意適當活動量，避免過大活動量導致骨釘骨板鬆弛、彎曲、位移或斷裂。 3.患者有金屬過敏性、過度肥胖者、不得使用本產品。 4.骨折癒合後，應移除此植入物，避免斷裂、腐蝕與骨質疏鬆等不良影響。如患者已年邁，且活動量不大可選擇不移除，避免再次手術帶來之風險。 5.本產品不可與其他廠牌混合使用，不銹鋼產品不可與鈦合金、純鈦產品一起使用。 6.無論任何情況下，本產品不可重複使用於人體內。 7.手術中使用本產品時，若有損傷則不可再使用，以免造成產品內部結構變化而導致損壞。 8.醫師對患者必須詳細說明遵行的事項、可能發生的不良影響與為了矯正不良影響可能的額外手術。
副作用	<ol style="list-style-type: none"> 1.對於植入物有過敏反應 2.血液循環系統障礙致使癒合遲緩 3.植入物而引的疼痛
與健保給付品項療效比較	透過鎖定加壓骨釘骨板固定於創傷性骨折，可以增加骨折面的穩定度，加速骨折癒合，患者可以早日活動。手術傷口小且時間短，於術後患者可以早日活動，因而使用者接受度高。使用鎖定加壓骨釘骨板固定，可降低感染的風險，殘障機率極低。