


檢驗項目(中英文)	Phosphorus (P)(Blood) 磷(血液)		健保代碼	09012C	委外	否
檢體種類	血漿、血清	檢體需求量	全血 3 ml	運送條件	室溫	
採檢容器	 		Lithium heparin 抗凝劑(綠頭) Serum separation tube(SST) (黃頭)			
採檢注意事項	1. 注入血液後，須上下顛倒 8 次，使抗凝劑和血液充分混合，避免血液凝固。 2. 避免於靜脈注射處採檢及輸血後立即採血，以防止檢體污染。 3. 檢體應避免溶血，才不會影響分析結果。					
採檢前準備	必須禁食 8 小時					
檢驗方法	Spectrophotometric					
報告完成時間	急件：1 小時；非急件：1 天					
可送檢時間	24 小時					
生物參考區間	2.5 ~ 5.6 mg/dL					
檢驗結果解釋	血清中的鈣和磷會互相抑制，鈣的濃度增加時，磷的濃度則會下降 1. 增加：副甲狀腺機能降低，慢性腎機能不良，Vit D 中毒。骨萎縮，甲狀腺機能亢進。 2. 減少：副甲狀腺機能亢進，欠乏 Vit. D., Fanconi 症，吸收不良症，尿管 acidosis。					
操作組別/分機	生化組/1307					