

檢驗項目(中英文)	PT/INR 凝血酶原時間		健保代碼	08026C/080261C	委外	否
檢體種類	全血	檢體需求量	全血 2.7ml	運送條件	室溫	
採檢容器	 <p>3.2% Na Citrate 抗凝劑(藍頭)</p>					
採檢注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1.採集後迅速上下混合均勻，避免檢體凝固。 2.避免於靜脈注射處及輸血端採檢，以防止檢體污染。 3.避免洗腎後立即採檢。 					
採檢前準備	無					
檢驗方法	散射光測定法(Scatter Light)。					
報告完成時間	急件:40 分鐘。非急件：1 天。					
可送檢時間	全天 24 小時					
生物參考區間	PT：9.0~12.0sec。 INR：0.89~1.19。					
檢驗結果解釋	篩檢外在路徑和共同路徑，包括 1、2、5、7、10 等因子是否正常，用於診斷血液凝固疾病、口服抗凝劑治療監控、INR 計算、肝合成功能評估。INR therapeutic range：2-3 (輕微靜脈栓塞等)，2.5-3.5 (使用人工心臟瓣膜的病人等)。					
操作組別/分機	血液組/1307					