

## 人工心臟節律器使用作業說明

### 一、人工心臟節律器之適應症

- \* 竇節病症候群
- \* 第三度房室傳導阻斷
- \* 第二度房室傳導阻斷合併臨床症狀
- \* 嚴重心搏過緩或傳導阻隔

### 二、新增功能類別人工心律調節器使用付費細則

健保目前所提供的特材品項應已足敷使用，新增給付之新醫療材料係改善現有品項的某些功能，亦即保險對象如符合人工心律調節器之使用規範者，經醫師詳細說明並充分瞭解後，自願使用較昂貴且未納入健保給付範圍之新增功能類別人工心律調節器者，由健保局支付人工心律調節器之支付金額\$102,500元，超過部份由保險對象自行負擔。

#### ◎本院進用「健保給付人工心律調節器」廠牌

健保特材代碼	產品名稱	廠牌
FHP01SENAAM4	賽亞心臟節律器 SENSIA VVI PACEMAKER	美敦力 Medtronic
FHP01SENARM4	賽亞心臟節律器 SENSIA VVIR PACEMAKER	美敦力 Medtronic
FHP02DDDSEM4	賽亞心臟節律器 SENSIA DDD PACEMAKER	美敦力 Medtronic
FHP02DDDAD4	黛拉心臟節律器 Adapta DDD PACEMAKER	美敦力 Medtronic
FHP0134119BK	植入式心臟節律器 PHIOS II VVI PACEMAKER	拜爾德尼克 Biotronik
FHP0134115BK	植入式心臟節律器 PHIOS II VVIR PACEMAKER	拜爾德尼克 Biotronik
FHP02DDD18BK	植入式心臟節律器 PHIOS II DDD PACEMAKER	拜爾德尼克 Biotronik

#### ◎本院進用「部分給付人工心律調節器」廠牌及收費標準

健保特材代碼	產品名稱	廠牌	醫院自費 單價 A	健保支付價 B	病患自付差額 C=A-B
FHP02DDRSEM4	賽亞心臟節律器 SENSIA DDR PACEMAKER	美敦力 Medtronic	\$130,100	\$102,500	\$27,600
FHP02DDRADM4	黛拉心臟節律器 Adapta DDR PACEMAKER	美敦力 Medtronic	\$130,100	\$102,500	\$27,600
FHP02A3DR1M4	艾維莎核磁共振心臟節律器 Advisa DR MRI PACEMAKER	美敦力 Medtronic	\$159,500	\$102,500	\$57,000
FHP02DDR21BK	植入式心律調整器 PHILOS II DDR PACEMAKER	拜爾德尼克 Biotronik	\$130,100	\$102,500	\$27,600

### 三、可能發生的併發症

- \* 氣胸、血胸、血腫、局部感染、心律不整、心包膜填塞

### 四、可能的副作用

- \* 上腔靜脈栓塞、心臟節律器功能異常、導線脫落、心臟節律器症候群

### 五、注意事項

- \* 傷口：注意傷口不要重擊或隨意撫弄人工心臟節律器的部位，住院期間及出院後，傷口腫痛或其它異狀應告知或返院醫師診視
- \* 日常活動：兩星期內勿將植入電池之患側手臂高舉過頭，並避免肩部劇烈運動、抬舉重物，一切活動以不疲累為原則下每天逐漸增加活動量，通常在兩個月後大部分可恢復原先的活動能力。
- \* 環境：避免接觸磁鐵及其它高電磁波環境，出國旅遊須持心臟節律器識別卡，以通過金屬檢測儀
- \* 醫學檢查及治療：如核磁共振掃描(MRI)檢查、體外碎石術等檢查治療時，需事先告知醫師，以防心臟節律器受干擾或損壞
- \* 至少每半年定期回門診檢查，瞭解人工心臟節律器功能，當電池電力不夠時，可能會有短暫眩暈的現象，此時必須返院重新檢查電池。